

Ostravská univerzita  
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika  
telefon: +420 597 091 002  
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987  
ID datové schránky: 37gj9fm  
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Holínková/renata.holinkova@osu.cz

č.j.: [OU-79621/90-2018]

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- |                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.1. Název veřejné zakázky:           | <b>„Vybavení molekulárně-genetické laboratoře“</b> |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli |                                                    |
| Název:                                | Ostravská univerzita                               |
| Sídlo:                                | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava                        |
| IČ:                                   | 61988987                                           |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na dodávky                         |
| 1.4. Druh zadávacího řízení:          | Otevřené řízení                                    |

Na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

### Dotaz č. 1

„Vážení,

*Dovolujeme si podat dodatečný dotaz k části 2 veřejné zakázky s názvem Vybavení molekulárně-genetické laboratoře, tj. cyklery:*

*V zadávací dokumentaci je specifikován real-time PCR:*

- Rychlost ohřevu musí být minimálně 10°C/s
- Rychlost chlazení musí být minimálně 10°C/s.

*Vzhledem k tomu, že na trhu se nevyskytuje qPCR formátu 96-jamkové destičky s tak vysokou rychlostí ohřevu, bude akceptována nabídka s rychlostí ohřevu 8°C/s a rychlostí chlazení 6°C/s, která plně splní všechny ostatní technické parametry? Děkuji“*

**Odpověď č. 1:** Zadavatel přezkoumal výše uvedený dotaz a zjistil, že při tvorbě specifikace došlo k administrativní chybě a upravuje tedy v příloze č. 1 části 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění Část 2 veřejné zakázky – Cyklery, 1. Specifikace – Real - time PCR následující parametry:

- Rychlost ohřevu musí být minimálně 8°C/s
- Rychlost chlazení musí být minimálně 6°C/s.

Zadavatel tedy bude akceptovat nabídku s rychlostí ohřevu 8°C/s a rychlostí chlazení 6°C/s, která plně splní všechny ostatní technické parametry.

V souvislosti s provedenou úpravou zadávacích podmínek zadavatel upozorňuje, že **upravená část 1 zadávací dokumentace „Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky“** je v elektronické podobě dostupná v části Zadávací dokumentace a v části Veřejné dokumenty na <https://zakazky.osu.cz/vz00001182>.

Vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou zakázku do **4. 10. 2018 do 10:00 hod.** Otevírání nabídek se tedy uskuteční dne **4. 10. 2018 v 10:15** v sídle zadavatele, zasedací místnost č. 111.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě dne 26. 9. 2018

---

**prof. MUDr. Jan Lata, CSc.**  
rektor Ostravské univerzity