

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 5 ZE DNE 27.9.2018

**ZADAVATEL:** Ostravská univerzita  
Sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  
Zastoupený: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem  
IČO: 61988987

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**  
**Laboratorní vybavení pro molekulární laboratoř**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

#### **2. část - Třepačky na kultury:**

Zadavatel v technické specifikaci uvádí tento požadavek: „Součástí musí být platforma (rozměry min. 74 x 45 cm) a svorky (minimální sada: 1x na uchycení mikrotitrační destičky, 2x 25ml baněk, 2x 50ml baněk, 2x 125ml baněk, 4x 250ml baněk, 4x 500ml baněk, 2x 11 baněk, 2x 21 baněk) a náhradní šrouby.“

Dotaz: Z uvedeného zcela nevyplývá, zda je uvedené množství myšleno pro celou část VZ nebo pro jednotlivé třepačky, tedy zda součástí musí být 3x platforma (rozměry min. 74 x 45 cm) a 3x svorky (minimální sada: 1x na uchycení mikrotitrační destičky, 2x 25ml baněk, 2x 50ml baněk, 2x 125ml baněk, 4x 250ml baněk, 4x 500ml baněk, 2x 11 baněk, 2x 21 baněk) a náhradní šrouby?

#### **Odpověď:**

Ano, příslušenství pro každou jednotlivou trepačku zvlášť.

S pozdravem

Blanka Dosedělová  
Tel.: 603 169 816  
email: blankadosedelova@seznam.cz