

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01 ze dne 22.10.2018 v souladu s ust. § 98 odst. 1 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce

Nákup zařízení pro pracoviště alternativních a experimentálních metod v grafice

Zadavatel **Ostravská univerzita** poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) pro výše uvedenou veřejnou zakázku následovně:

Zadavatel upřesňuje položku 4 a 4.1 v Příl. č. 5 ZD – Specifikace dodávek výše uvedené veřejné zakázky:

Původní text:

4. Serigrafie, ruční sítotiskový stůl pro potisk plošného materiálu – 1ks

Kód CPV – 42991200-1 – Tiskařské stroje

4.1.Š Ruční sítotiskový stůl pro potisk plošného materiálu tloušťky od 0 do 80 mm s maximálním tiskovým formátem 760 x 1070 mm

- Tiskový formát 760 x 1070 mm
- Velikost desky 1000 x 1440 mm
- Max. velikost rámu 1050 x 1520 mm
- Výška potisk. materiálu 0–80 mm
- Rozměry
- šířka 1800 mm
- délka 1600 mm
- Výška otevřená / zavřená 1500 / 1350 mm
- Hmotnost 170 kg
- El. přípojka 1 N PE 230 V 50 Hz / 1

Nový text:

4. Serigrafie, ruční sítotiskový pneumatický stůl pro potisk plošného materiálu – 1ks

Kód CPV – 42991200-1 – Tiskařské stroje

4.1. Ruční sítotiskový **pneumatický** stůl pro potisk plošného materiálu tloušťky od 0 do 80 mm s maximálním tiskovým formátem 760 x 1070 mm

- **Typ SPV 1P nebo rovnocenné řešení**
- Tiskový formát 760 x 1070 mm
- Velikost desky 1000 x 1440 mm
- Max. velikost rámu 1050 x 1520 mm
- Výška potisk. materiálu 0–80 mm
- Rozměry
- šířka 1800 mm
- délka 1600 mm
- Výška otevřená / zavřená 1500 / 1350 mm
- Hmotnost 170 kg
- El. přípojka 1 N PE 230 V 50 Hz / 1

Dále zadavatel upřesňuje položku 4 a 4.1 v Příl. č. 6 ZD – Soupis dodávek (Položkový rozpočet) výše uvedené veřejné zakázky:

Původní text:

4 Serigrafie, ruční sítotiskový stůl pro potisk plošného materiálu

4.1 Ruční sítotiskový stůl pro potisk plošného materiálu tloušťky od 0 do 80 mm s maximálním tiskovým formátem 760 x 1070 mm

Nový text:

4 Serigrafie, ruční sítotiskový pneumatický stůl pro potisk plošného materiálu

4.1 Ruční sítotiskový **pneumatický** stůl pro potisk plošného materiálu tloušťky od 0 do 80 mm s maximálním tiskovým formátem 760 x 1070 mm

Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy tohoto vysvětlení obsahující soubory a informace v nich obsažené v relevantních částech **doplňují, resp. nahrazují** dosavadní relevantní části zadávací dokumentace; **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou, resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.**

*S ohledem na doplnění zadávací dokumentace obsažené ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání **nabídek** o **3 kalendářní dny.***

Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.2 ZD):

12. 11. 2018 v 10:00 hod.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD a podávání nabídek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Výše uvedené změny zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněny dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna.

Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie a VVZ dne 22. 10. 2018 a budou uveřejněny ve lhůtách stanovených provozovateli výše uvedených věstníků.

v z. Mgr. Helena Batihová

Ing. Libor Zegzulka
jednatel společnosti Unitender, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadávatelských činností

Přílohy: dle textu