



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01 ze dne 22. 3. 2019 v souladu s ust. § 98 odst. 1 a 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce „Systém pro analýzu DNA/RNA II“

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 19. 3. 2019, tj. v zákonem stanoveném termínu před uplynutím lhůty pro podání nabídek, zadavatel, Ostravská univerzita, zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Dotaz č. 1:

Dle technických požadavků zadávací dokumentace musí mít přístroj možnost analyzovat až 96 vzorků v jednom běhu.

Bude zadavatel akceptovat přístroj, který umožňuje zpracování 96 vzorků za těchto podmínek:

Přístroj umí analyzovat 24 vzorků v jednom běhu (max 48 vzorků je-li použitý duplex) běh, ale trvá jen 2.5 hodiny, takže je možné opakovat 4 krát za 1 den

nebo zadavatel trvá na přístroji, který má možnost analyzovat až 96 vzorků v jednom běhu?

Odpověď č. 1

Budeme akceptovat přístroj, který umí analyzovat 24 vzorků. Na základě této skutečnosti dochází k úpravě specifikace veřejné zakázky následujícím způsobem: Přístroj musí mít možnost analyzovat až 96 vzorků v maximálně 4 bězích, z důvodu vyšší efektivity a flexibility analýz je stanovena maximální doba potřebná pro analýzu 96 vzorků na 10 hodin.

Dotaz č. 2:

Dle technických požadavků zadávací dokumentace musí být přístroj kompatibilní s termocyklérem T100 nebo TAdvanced Gradient a musí umožňovat vložení všech 96 vzorků do cykléru.

Bude zadavatel akceptovat přístroj, jehož součástí dodávky bude vlastní termocyklér.

Který po dokoupení bloku slouží jako plnohodnotný cykler technologicky kompatibilní s T100 i s TAdvanced

Odpověď č. 2:

Pokud bude v nabídce přístroje pro analýzu DNA/RNA zároveň kompatibilní termocyklér, lze tuto nabídku akceptovat při dodržení požadované maximální ceny. Na základě této skutečnosti dochází k úpravě specifikace veřejné zakázky následujícím způsobem: Přístroj musí být kompatibilní s termocyklérem T100 nebo TAdvanced Gradient, který je již součástí laboratoře, nebo musí být součástí nabídky kompatibilní termocyklér.

Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy tohoto vysvětlení obsahující soubory a informace v nich obsažené v relevantních částech **doplňují resp. nahrazují** dosavadní



relevantní části zadávací dokumentace; **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.**

*S ohledem na změnu zadávací dokumentace obsaženou ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání **nabídek** tak, aby od odeslání změny ZD činila **celou původní délku lhůty pro podání nabídek.***

Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.2 ZD): **23. 4. 2019 v 10:00 hod.**
Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD a podávání nabídek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Výše uvedené změny zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněny stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna.

Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány k uveřejnění do VVZ a TED dne 22. 3. 2019 a budou uveřejněny ve lhůtách stanovených jednotlivými Provozními řády.

Ing. Libor Zegzulka
jednatel společnosti Unitender, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností

Přílohy: dle textu