

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Regneri/marie.regneri@osu.cz

č.j.: [OU-53784/90-2019]

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Vybavení histologické laboratoře“

(veřejná zakázka financovaná z prostředků projektu OP VVV „Podpora rozvoje studijního prostředí na OU“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17-044/0008534) |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Veřejná zakázka malého rozsahu |

Na základě žádosti účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s čl. 11.3. Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Pro jaké další účely kromě myčky bude vyrobená ultračistá voda využívána? Je to z důvodu výběru nejvhodnějšího typu systému.

Odpověď č. 1

Čistá demineralizovaná voda bude kromě myčky využívána v histologické a imunohistochemické laboratoři při zhotovování a barvení preparátů pro výukové účely a pro vědeckovýzkumnou činnost a také ve sdílených laboratořích pro hmotnostní spektrometry (důležitá je nízká vodivost viz Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění – část 5 – Ostatní vybavení).

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

V Ostravě dne 18.06.2019

.....
Marie Regneri
referent pro zadávání veřejných zakázek