

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Holínková/renata.holinkova@osu.cz

č.j.: [OU-33513/90-2018]

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- 1.1. Název veřejné zakázky: „Dodávka kostního denzitometru (DXA)“
- 1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název: Ostravská univerzita
Sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČ: 61988987
- 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
- 1.4. Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení (podlimitní)

Na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Dotaz č. 1

„Zadavatel v **Příloze č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění** uvádí, mimo jiné, tento požadavek na parametr přístroje:

Konstrukce ramene a stolu: otočné rameno v rovině X-Y-Z, otáčení ramene dle potřeb vyšetření o úhel až 90°.

*S tímto požadavkem souvisí i první věta v prvním odstavci této přílohy v části nazvané **Podrobná charakteristika požadovaných parametrů**, která zní:*

Posuv ramene v rovině X-Y-Z, otáčení ramene až o úhel 90°, výška ramene nad stolem min. 50 cm.

I když lze zřejmě z uvedených požadovaných parametrů dovodit, jaké požadavky Zadavatel v tomto bodě na předmět plnění má, žádáme, z důvodu vyšší právní jistoty, o potvrzení, zdali bude Zadavatel přístroj, který má

stůl posuvný v osách X, Y a Z,

rameno posuvné v osách X a Y,

rameno otočné v rovině X-Z

hodnotit jako vyhovující těmto jeho požadavkům.“

Odpověď č. 1: Podmínkou naplnění požadavků technické specifikace v oblasti parametrů přístroje, týkající se konkrétně konstrukce ramene a stolu, je nabídka takového řešení, které svou konstrukcí a pomocí funkce otočného ramene umožňuje měření probanda bez repozice.

Funkce konstrukce stolu a ramene uvedené v dotazu č. 1 (tj. stůl posuvný v osách X, Y a Z, rameno posuvné v osách X a Y, rameno otočné v rovině X-Z), vyhovují požadavkům Zadavatele pro zamýšlený rozsah měření.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

V Ostravě dne 25. 4. 2018

Mgr. Renáta Holínková
referent oddělení veřejných zakázek