



Příloha č. 1

Technické požadavky zadavatele
veřejné zakázka na dodávku EMG Holteru s videozáznamem

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky na dodávku EMG Holteru s videozáznamem níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Nesplnění některého z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Dodavatel je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích. Pokud dodavatel do některého řádku neuvede ANO (tj. že požadovaný parametr splňuje), bude účastník zadávacího řízení vyloučen. Obdobně může zadavatel postupovat, pokud dodavatel některý řádek ponechá nevyplněný.

Zadavatel požaduje, aby nabízené řešení mělo rovné nebo lepší parametry jako parametry požadované v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Dodavatel dodá níže uvedený EMG Holter s videozáznamem, který budou splňovat minimálně níže uvedený rozsah požadovaných technických parametrů, přičemž dodavatel v tabulce vyznačí, zda dodávaný EMG Holter s videozáznamem dané požadavky splňuje:

Požadavek	Plnění ANO/NE	Poznámka
záznam min. čtyř EMG signálů během jedné směny		
EKG modul včetně jednorázových EKG elektrod se záznamem celosměnové pulsní frekvence		
kapacita paměti holteru min. 15 hod.		
min. 12 EMG elektrod		
akumulátor dvě sady		
Nabíječka		
program zajišťující propojení a přenos dat z EMG holteru do počítače: - správa a analýza naměřených dat vč. kartotéky měření, zobrazení a tisku křivek, statistických výpočtů, export dat - analýza EMG signálů na základě		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



maximálních hodnot EMG, výpočet a zobrazení průměrných hodnoty signálů a normalizovaných EMG hodnot v procentech. ▪ Program pro synchronní zobrazení EMG signálů EMG holteru s videozáznamem		
Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu:		