

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Lokajová/barbora.lokajova@osu.cz

č.j.: [OU-51669/90-2018]

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Nákup virtuálního anatomického stolu“

(veřejná zakázka financovaná z prostředků projektu OP VVV Podpora rozvoje studijního prostředí na OU
reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534) |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |

Na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci v příloze č. 1- technická specifikace předmětu plnění Virtuální pítelný stůl:

- Elektronicky nastavitelná výška a elektronické naklonění obrazovky v rozsahu 0° – 90°

Bude zadavatel akceptovat nabídku účastníka, kdy nabídne virtuální pítelný stůl pouze s mechanickým nastavením naklonění obrazovky v rozsahu 0°- 90°?

Odpověď č. 1

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku účastníka, který nabídne virtuální pitevní stůl pouze s mechanickým nastavením nakloněním obrazovky v rozsahu 0°- 90°.

Dotaz č. 2

- Celá obrazovka chráněna kompaktním odolným sklem bez vystouplých hran – celistvá rovná plocha.

Bude zadavatel akceptovat nabídku účastníka, který nabídne virtuální pitevní stůl s vystouplou hranou?

Účastník se domnívá, že tento požadavek nemá žádný vliv pro kvalitní výuku a zobrazení na tomto virtuálním pitevním stole. (Výhoda vystouplé hrany spočívá v ochraně obrazovky před poškozením).

Odpověď č. 2

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku účastníka, který nabídne virtuální pitevní stůl s vystouplou hranou.

Dotaz č. 3

- Přístup systému k databázi klinických případů, které jsou plně anonymizované. U pacientů jsou anonymizovány rysy jako tvář, tetování, číslo zdravotního záznamu, atd.

Bude zadavatel akceptovat nabídku účastníka, kdy nabídne virtuální pitevní stůl, který již přímo obsahuje knihovnu s více než 1 000 plně anonymizovanými fyziologickými a patologickými případy CT MRI ve vysoké kvalitě, více než 400 histologických vzorků a možností propojení do PACS (nemocniční síť).

Odpověď č. 3

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku účastníka, který nabídne virtuální pitevní stůl s výše uvedenými parametry.

Dotaz č. 4

- Možnost sdílet obrazovku min. 15-ti studenty prostřednictvím zabezpečeného prohlížeče, který umožňuje povolit ovládání hlavní obrazovky ze zařízení studenta.

Bude zadavatel akceptovat nabídku účastníka, který nabídne virtuální pitevní stůl s možností sdílení další zobrazovací techniky (data projektor, smart TV, uživatelské studentské monitory...), ale neumožňuje ovládání hlavní obrazovky z těchto zařízení.

Odpověď č. 4

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku účastníka, který nabídne virtuální pitevní stůl s možností sdílení další zobrazovací techniky (data projektor, smart TV, uživatelské studentské monitory...), ale neumožňuje ovládání hlavní obrazovky z těchto zařízení.

Dotaz č. 5

- Zadavatel v příloze č. 1 v technické specifikaci neuvádí, zda požaduje zobrazení celého lidského

těla v poměru 1:1 na celé obrazovce virtuálního pítavního stolu.

Účastník se domnívá, že tento technický parametr je velice důležitý pro reálné vyobrazení celého lidského těla (1:1) k výuce pitvy a anatomie, pro níž je tento stůl určen.

Odpověď č. 5

Zadavatel uvítá zobrazení celého lidského těla v poměru 1:1 na celé obrazovce virtuálního pítavního stolu.

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace upravuje zadávací podmínky a to Přílohu č. 1 „Technická specifikace předmětu plnění“ Zadávací dokumentace v souladu s výše uvedeným vysvětlením. Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá upravenou Přílohu č. 1 „Technická specifikace předmětu plnění“ Zadávací dokumentace.

Vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do **2. 7. 2018 do 10:00 hod.** Otevírání obálek s nabídkami se tedy uskuteční dne **2. 7. 2018 v 10:15** v sídle zadavatele, zasedací místnost č. 111.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením se nemění.

.....

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity