

Název projektu CZ: Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000759.

Název přístroje
počet ks:

Systém čištění vody
1 ks

Technická specifikace

- Výrobník ultračisté vody z kohoutkové vody
 - Se zabudovaným zásobníkem min. 6 l na vodu typu 2
 - Rychlost přípravy vody (RO): min. 3 l/h
 - Průtok: >1 l/min
 - Vodivost: Typ 1 (na výtoku): max. 0,055 $\mu\text{S/cm}$, typ 2 (v zásobníku): max. 0,0067 – 0,1 $\mu\text{S/cm}$
 - Max. provozní tlak: 1 - 6 bar
 - Obsah TOC: 5–10 ppb
 - Bakterie: <0,01 CFU/ml
 - Částice: <0,22 $\mu\text{m/ml}$
 - monitorování vstupní vody
 - Nastavitelná rychlost dávkování vody
-

Konkrétní specifikace dle nabídky prodávajícího jakožto účastníka ve výběrovém řízení:

Smart2Pure 3, systém pro výrobu ultračisté vody

