

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Lokajová/barbora.lokajova@osu.cz

č.j.: [OU-19620/90-2019]

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Přístrojové vybavení laboratoří LF OU“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Dotaz č. 1:

Dotaz k části 1- položka 16 Mikroobjemový spektrofotometr a fluorimetr:

Zadavatel připouští dodání v jednom nebo dvou přístrojích, zároveň požaduje - maximální rozměry podstavy přístroje 25 cm x 30 cm z důvodu limitace místa v laboratoři. Upřesněte prosím, zda tento požadavek musí splňovat každý z dodaných přístrojů, v případě dodání sestavy dvou.
děkuji

Odpověď č. 1:

Zadavatel v rámci části 1 veřejné zakázky „Ostatní přístrojové vybavení molekulárně-genetické laboratoře“ požaduje dodání položky č. 16 - Mikroobjemový spektrofotometr a fluorimetr.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující.

Mikroobjemový spektrofotometr a fluorimetr musí umožňovat měření koncentrace nukleových kyselin ve vzorcích pomocí přímé a nepřímé metody v jednom nebo dvou přístrojích. Pokud tedy budou dodány dva přístroje, mikroobjemový spektrofotometr musí splnit požadavek na maximální rozměry podstavy přístroje 25 cm x 30 cm a fluorimetr musí splnit taktéž požadavek na maximální rozměry podstavy přístroje 25 cm x 30 cm.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

Mgr. Barbora Lokajová
referent oddělení veřejných zakázek