

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Lokajová/barbora.lokajova@osu.cz

č.j.: [OU-22481/90-2019]

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Přístrojové vybavení laboratoří LF OU“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku poskytl zadavatel dne 15. 3. 2019 Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace II. pro část 1 a část 2 veřejné zakázky podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Administrativní chybou při skenování dokumentu došlo k tomu, že dokument Vysvětlení a změna zadávací dokumentace II. nebyl uveřejněn v úplném znění.

Zadavatel proto opětovně poskytuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace pro část 1 a část 2 veřejné zakázky podle § 98 odst. 3 zákona.

Dotaz č. 1

Tímto bych vás chtěl požádat o dodatečné technické informaci k této veřejné zakázce:

Pro část 6. Předvážky – citlivost 0,001 g

- a.) Ve vašich technických požadavcích je parametr: dotykový displej s českým menu
- b.) Ve vašich požadavcích je parametr: nerezová kulatá vážicí miska s průměrem min. 130 mm

1. Tato položka je plně koncipována pouze na jednoho světového výrobce firmu Ohaus s jedním konkrétním výrobkem a to typem AX223.

Dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zejména dle § 36 odst. 1, kdy technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a § 6 odst. 1 a 2 o zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace, požadujeme, aby se v rámci transparentního a rovnocenného přístupu k ostatním potenciálním dodavatelům zjednodušily technické požadavky tak, aby bylo také možné nabídnout i přístroje od jiných výrobců.

V takto položkově obsáhlé veřejné zakázce, tato jedna konkrétní položka, která je směřována k jednomu konkrétnímu produktu od jednoho konkrétního výrobce, jednoznačně blokuje v přístup dalším potenciálním dodavatelům

- a.) Žádáme proto, aby byl vyjmut z této položky bezdůvodně požadovaný parametr „dotykový displej s českým menu“ jelikož na lékařské fakultě je základním studijním jazykem angličtina, kterou vládou studenti od prvních ročníků a není tedy nutné používat české menu. Právě z důvodů, velkého počtu zahraničních studentů, by měl být váš požadavek právě opačný.
- b.) Také dotykový displej nemá žádnou výhodu, před displejem, který je doplněn klasickými senzorovými dotykovými tlačítky a proto také žádáme o úpravu nebo vyjmutí z požadovaných parametrů.
- c.) Dále žádáme aby další parametr, „průměr kulaté nerezové misky 130 mm“, který konkretizuje právě výše zmiňovaný produkt, jelikož žádný z ostatních světových výrobců nenabízí takový průměr spolu s vašimi dalšími požadovanými parametry, byl nahrazen standardním rozměrem většiny přístrojů od světových výrobců a to průměrem kulaté misky mezi 90-110 mm.

Pro část 7. Předvážky – citlivost 0,01 g

- a.) Ve vašich technických požadavcích je parametr: dotykový displej s českým menu

1. Tato položka je plně koncipována pouze na jednoho světového výrobce firmu Ohaus s jedním konkrétním výrobkem a to typem AX2202.

Dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zejména dle § 36 odst. 1, kdy technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a § 6 odst. 1 a 2 o zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace, požadujeme, aby se v rámci transparentního a rovnocenného přístupu k ostatním potenciálním dodavatelům zjednodušily technické požadavky tak, aby bylo také možné nabídnout i přístroje od jiných výrobců.

V takto položkově obsáhlé veřejné zakázce, tato jedna konkrétní položka, která je směřována k jednomu konkrétnímu produktu od jednoho konkrétního výrobce, jednoznačně blokuje v přístup dalším potenciálním dodavatelům

- a.) Žádáme proto, aby byl vyjmut z této položky bezdůvodně požadovaný parametr „dotykový displej s českým menu“ jelikož na lékařské fakultě je základním studijním jazykem angličtina, kterou vládou studenti od prvních ročníků a není tedy nutné používat

české menu. Právě z důvodů, velkého počtu zahraničních studentů, by měl být váš požadavek právě opačný.

- b.) Také dotykový displej nemá žádnou výhodu, před displejem, který je doplněn klasickými senzorovými dotykovými tlačítky a proto také žádáme o úpravu nebo vyjmutí z požadovaných parametrů.

Pro část 8. Autokláv

a.) Ve vašich technických požadavcích je požadovaný parametr: minimálně 10 přednastavených

programů

b.) Ve vašich požadavcích je parametr: 2 stohovatelné koše o vel. min. 400 x 300 mm (prům.xvýška)

c.) Ve vašich požadavcích je parametr: připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

1. Tato položka je plně koncipována pouze na jednoho světového výrobce firmu VWR s jedním konkrétním výrobkem a to typem Vapour-Line 80.

Dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zejména dle § 36 odst. 1, kdy technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a § 6 odst. 1 a 2 o zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace, požadujeme, aby se v rámci transparentního a rovnocenného přístupu k ostatním potencionálním dodavatelům zjednodušily technické požadavky tak, aby bylo také možné nabídnout i přístroje od jiných výrobců.

V takto položkově obsáhlé veřejné zakázce, tato jedna konkrétní položka, která je směřována k jednomu konkrétnímu produktu od jednoho konkrétního výrobce, jednoznačně blokuje v přístup dalším potencionálním dodavatelům

a.) Jelikož je parametr 10 před. programů jednoznačně koncipované na tento konkrétní typ požadujeme, aby tento parametr byl snížen na standardních 5-8 přednastavených programů, kterými disponuje většina světových výrobců.

b.) Jelikož je parametr velikost koše 400 x 300 mm jednoznačně koncipované na tento konkrétní typ a ne každý výrobce v tomto požadovaném objemu má šířku koše 400 mm požadujeme, aby tento parametr byl snížen na standardních 350-390 mm, kterými disponuje většina světových výrobců.

c.) Jelikož je parametr připojení na 230V/50Hz při takto velkém objemu jen velice málo používaným, především z důvodu pomalého ohřevu a podstatně vyšší spotřeby elektrické energie a většina světových výrobců laboratorních parních autoklávů používá u takto vysokých objemů napájení 400V/50 Hz-3 fáze +N+G, z důvodu ekonomického provozu autoklávů, požadujeme, aby tento parametr byl upraven na obě varianty napájení.

Pro část 9. Hlubokomrazicí box

a.) Ve vašich technických požadavcích je požadovaný parametr : vnější rozměry musí být 95 x 85 x

198 cm (šxh xv) z důvodu šířky dveří místnosti

2. Tato položka je plně koncipována pouze na jednoho světového výrobce firmu VWR s jedním konkrétním výrobkem a to typem VWR24086D (10160-726)

Dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zejména dle § 36 odst. 1, kdy technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a § 6 odst. 1 a 2 o zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace, požadujeme, aby se v rámci transparentního a rovnocenného přístupu k ostatním

potencionálním dodavatelům zjednodušily technické požadavky tak, aby bylo také možné nabídnout i přístroje od jiných výrobců.

V takto položkově obsáhlé veřejné zakázce, tato jedna konkrétní položka, která je směřována k jednomu konkrétnímu produktu od jednoho konkrétního výrobce, jednoznačně blokuje v přístup dalším potencionálním dodavatelům

a.) Jelikož je parametr vnějších rozměrů je jednoznačně koncipované na tento konkrétní typ, navíc se zdůvodněním šířky dveří místností (dle odhadu požadovaného parametru je šíře dveří standardních 90 cm) a navíc výšky mrazicího boxu 198 cm, kdy standardní výška dveří je 197 cm, požadujeme, aby tento parametr byl upraven pouze na požadovanou šířku průchodu dveřmi a standardní výšku, 199 cm, kterými disponuje většina světových výrobců.

Pro část 11. Vodní lázeň

a.) Ve vašich technických požadavcích je požadovaný parametr: rozměry lázně musí být maximálně 350 x 300 x 150 mm z důvodu omezení místa na pracovním stole.

a.) Jelikož je parametr požadovaných rozměrů s porovnáním s požadovaným objemem je jednoznačně koncipován na vnitřní rozměr vany, je požadavek na rozměry lázně z důvodu omezení místa na pracovním stole velice zavádějící a neopodstatněný.

Pro část 12. Ultrazvuková lázeň

a.) Ve vašich technických požadavcích je požadovaný parametr: rozměry lázně musí být maximálně 600 x 250 x 200 mm z důvodu omezení místa na pracovním stole, kde budou umístěny i jiné přístroje.

a.) Je možné nabídnout přístroj, který plně splňuje všechny požadované parametry, ale má vnější výšku 271 mm místo původně požadovaných 200 mm?? Jelikož půdorysné rozměry přístroje jsou podstatně menší, než bylo požadováno a tím dojde k další úspoře místa na stole, nemělo by menší navýšení výšky přístroje, být na závadu.

Pro část 17. Spektrofotometr

a.) Ve vašich technických požadavcích je požadovaný parametr : přístroj musí obsahovat xenonovou lampu.

a.) Je možné nabídnout přístroj, který plně splňuje všechny požadované parametry nebo je překračuje,, ale používá wolfram-halogenovou lampu, která je parametrově stejná jako xenonová lampa ??

Pro část 18. Třepačka s orbitálním pohybem

a.) Ve vašich technických požadavcích je požadovaný parametr : možnost volby mezi nepřetržitým provozem a časovým programem s délkou 1 až minimálně 120 min.

b.) Ve vašich technických požadavcích je požadovaný parametr : rychlost třepání musí být minimálně 25 až 300 otáček za minutu

1.) Tato položka je plně koncipována pouze na jednoho světového výrobce firmu ThermoScientific s jedním konkrétním výrobkem a to typem MaxQ 3000

Dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zejména dle § 36 odst. 1, kdy technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a § 6 odst. 1 a 2 o zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace, požadujeme, aby se v rámci transparentního a rovnocenného přístupu k ostatním potencionálním dodavatelům zjednodušily technické požadavky tak, aby bylo také možné nabídnout i přístroje od jiných výrobců.

V takto položkově obsáhlé veřejné zakázce, tato jedna konkrétní položka, která je směřována k jednomu konkrétnímu produktu od jednoho konkrétního výrobce, jednoznačně blokuje v přístup dalším potencionálním dodavatelům

- a.) Jelikož je parametr časový program s délkou 1 až minimálně 120 min. jednoznačně koncipované na tento konkrétní typ a ne každý výrobce má tento časový rozsah požadujeme, aby tento parametr byl snížen na standardních 99 min, kterými disponuje většina světových výrobců
- b.) Jelikož je parametr rychlost třepání s rozsahem 25 až 300 otáček za minutu jednoznačně koncipované na tento konkrétní typ a ne každý výrobce má tento rychlostní rozsah požadujeme, aby tento parametr byl ve spodní hladině zvýšen na standardních 30 až 50 otáček za minutu, kterými disponuje většina světových výrobců

Pro část 19. Třepačka chlazená

- c.) Ve vašich technických požadavcích je požadovaný parametr : Orbitální třepání s orbitem 25 mm
- d.) Ve vašich technických požadavcích je požadovaný parametr : třepačka musí mít nastavitelné otáčky od 15 ot. do minimálně 500 otáček za minutu.

- c.) Jelikož požadované parametry jsou smíchány tak, že jeden je od jednoho výrobce a druhý parametr od jiného, ale oba současně požadované parametry v jednom přístroji, nesplňuje žádný ze světových výrobců těchto inkubovaných, chlazených třepaček, tak požadujeme,

aby z transparentního a rovnocenného přístupu v této zakázce, byly tyto parametry upraveny tak, že se oba sníží na parametry obou světových výrobců, tedy na :

- a.) Orbitální třepání s orbitem 19 mm
- b.) Třepačka musí mít nastavitelné otáčky od 25 do minimálně 500 otáček za minutu

Aby tímto bylo splněno, že minimálně dva světový výrobci inkubovaných chlazených

třepaček

disponují těmito vámi požadovanými technickými parametry.

Odpověď č. 1

Zadavatel posoudil žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 1 veřejné zakázky a k jeho dotazům, týkajícím se Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky „Ostatní přístrojové vybavení molekulárně-genetické laboratoře“ Zadávací dokumentace, uvádí následující.

Položka č. 6 - Předvážky – citlivost 0,001 g

6.1.a) Zadavatel u této položky uvádí, že musí mít dotykový displej s českým menu.

Zadavatel trvá na zachování zmíněného parametru. Přístroj je určen nejen pro studenty Doktorského studia, u kterých je předpoklad dobré znalosti AJ, ale také pro výzkumnou práci pregraduálních studentů, kteří mají různou úroveň znalosti AJ a s přístrojem běžně nepracují, tj. potřebují srozumitelné pokyny v českém jazyce.

Zadavatel má informace, že na trhu existuje více typů přístrojů splňujících požadovaný parametr.

6.1.b) Zadavatel u této položky požaduje, aby displej byl dotykový.

Zadavatel má informace, že na trhu existuje více typů přístrojů splňujících požadovaný parametr.

Zadavatel však u této položky rovněž připouští rovnocenné řešení k dotykovému displeji, zejména s ohledem na údržbu, tedy kombinaci displeje a senzorových tlačítek integrovaných do jediného celku s tím, že celý povrch je kontinuální bez spár zachycujících nečistoty, hladký, snadno omyvatelný.

6.1.c) Zadavatel u této položky uvádí, že váhy musí být vybaveny nerezovou kulatou vážicí miskou s průměrem min. 130 mm.

Zadavatel na tomto svém parametru netrvá a parametr upravuje následujícím způsobem:

- váhy musí být vybaveny nerezovou kulatou vážicí miskou s průměrem min. 100 mm.

Položka č. 7 - Předvážky – citlivost 0,01 g

7.1.a) Zadavatel u této položky uvádí, že musí mít dotykový displej s českým menu.

Zadavatel trvá na parametru „displej s českým menu“, přístroj je určen nejen pro studenty Doktorského studia, u kterých je předpoklad dobré znalosti AJ, ale také pro výzkumnou práci pregraduálních studentů, kteří mají různou úroveň znalosti AJ a s přístrojem běžně nepracují, tj. potřebují srozumitelné pokyny v českém jazyce.

7.1.b) Zadavatel u této položky požaduje, aby displej byl dotykový.

Zadavatel má informace, že na trhu existuje více typů přístrojů splňujících požadovaný parametr.

Zadavatel však u této položky rovněž připouští rovnocenné řešení k dotykovému displeji, zejména s ohledem na údržbu, tedy kombinaci displeje a senzorových tlačítek integrovaných do jediného celku s tím, že celý povrch je kontinuální bez spár zachycujících nečistoty, hladký, snadno omyvatelný.

Zadavatel rovněž mění specifikaci této položky a to tak, že parametr „váhy musí být vybaveny nerezovou vážicí miskou s rozměry min. 170 x 190 mm“ se ruší a nahrazuje se tímto požadavkem:

- váhy musí být vybaveny nerezovou vážicí miskou s rozměry min. 170 x 180 mm.

Položka č. 8 - Autokláv

8.1.a) Zadavatel u této položky požaduje, aby byla vybavena regulátorem ovládaným pomocí mikroprocesoru s minimálně 10 přednastavenými programy.

Zadavatel na tomto svém parametru netrvá a parametr upravuje následujícím způsobem:

- autokláv musí být vybaven regulátorem ovládaným pomocí mikroprocesoru s minimálně 8 přednastavenými programy.

8.1.b) Zadavatel této položky požaduje, aby součástí dodávky byly 2 stohovatelné koše o velikosti min. 400 x 300 mm (Ø x V).

Zadavatel má informace, že na trhu existuje více typů přístrojů splňujících požadovaný parametr.

Zadavatel přesto připouští snížení velikosti stohovatelných košů na min. 390 x 300 mm, z důvodu potřeby velkého koše, neboť malými autoklávy již disponuje.

Zadavatel tedy parametr upravuje následujícím způsobem:

- součástí dodávky musí být 2 stohovatelné koše o velikosti min. 390 x 300 mm (Ø x V).

8.1.c) Zadavatel u této položky vymezil požadavek „připojení na elektrickou síť 230 V/50 Hz“.

Zadavatel na tomto svém parametru netrvá a parametr upravuje následujícím způsobem:

- připojení na elektrickou síť 230V/50Hz nebo 400V/50 Hz-3 fáze +N+G, nebo kombinace obou typů připojení

Zadavatel rovněž mění specifikaci této položky a to tak, že doplňuje parametr:

- Stolní vysokotlaký parní autokláv s vertikální komorou musí mít objem maximálně 95 l

Položka č. 9 - Hlubokomrazící box do -80 °C

9.a) Zadavatel u této položky požaduje, aby maximální vnější rozměry byly 95 x 85 x 198 cm (š x h x v) z důvodu šířky dveří místnosti.

Zadavatel však připouští administrativní chybu a mění požadovanou specifikaci takto:

- Z důvodu šířky dveří místnosti je nutné, aby jeden z vnějších rozměrů (šířka / hloubka) hlubokomrazícího boxu nepřesáhl 85 cm.

Položka č. 11 – Vodní lázeň

11.a) Zadavatel u této položky požaduje, aby rozměry lázně byly maximálně 350 x 300 x 150 mm z důvodu omezení místa na pracovním stole.

Zadavatel připouští administrativní chybu a mění požadovanou specifikaci takto:

- Rozměry nádrže vodní lázně musí být minimálně 330 x 280 x 140 mm (š x h x v) a zároveň větší rozměry vodní lázně nesmí přesáhnout 580 x 450 x 250 mm (š x h x v).

Položka č. 12 – Ultrazvuková lázeň

12.a) Zadavatel u této položky požaduje, aby rozměry lázně byly maximálně 600 x 250 x 200 mm (š x h x v), z důvodu umístění na pracovní stůl, kde budou umístěny i jiné přístroje.

Šířka a hloubka jsou koncipovány tak, aby se do této lázně vešlo co nejvíce laboratorního skla, zejména odměrných baněk. Rozměr výšky zohledňuje zadavatelem požadovaný objem, který musí ultrazvuková lázeň pojmout, tedy minimálně 5 l a maximálně 8 l tekutiny.

Zadavatel však připouští, aby výška lázně byla maximálně 275 mm při zachování všech ostatních požadovaných parametrů.

Položka č. 17 - Spektrofotometr

17.a) Zadavatel u této položky požaduje, aby obsahovala xenonovou lampu.

Xenonová lampy vykazují vyšší životnost a mají rozdílné spektrální charakteristiky v porovnání s wolfram-halogenovou lampou. Vzhledem k plánovanému využití k výzkumným účelům je pro zadavatele extrémně důležitá přesnost výsledků, která je při použití xenonové lampy vyšší.

Zadavatel má informace, že na trhu existuje více typů přístrojů splňujících požadovaný parametr a proto **trvá na splnění tohoto parametru**. Zároveň však tento parametr upravuje následovně:

- přístroj musí obsahovat xenonovou lampu.

Položka č. 18 - Třepačka s orbitálním pohybem

18.a) Zadavatel u této položky vymezil následující požadavek: „možnost volby mezi nepřetržitým provozem a časovým programem s délkou 1 až minimálně 120 min“.

Zadavatel **trvá na zachování zmíněných parametrů**. Parametr časový program byl zadavatelem stanoven na základě jeho potřeb, zejména k výzkumným účelům, kdy doba orbitálního třepání může dosáhnout až 120 min.

Zadavatel má rovněž informace, že na trhu existuje více typů přístrojů splňujících požadované parametry.

18.b) Zadavatel u této položky vymezil požadavek, že rychlost třepání musí být minimálně 25 až 300 otáček za minutu.

Zadavatel **trvá na zachování zmíněných parametrů**. Parametr rychlost třepání, tedy minimálně 25 až 300 otáček za minutu, je určen na základě potřeb zadavatele, zejména k výzkumným účelům.

Vzhledem k potřebě správného růstu buněčných kultur, kdy při vyšších otáčkách mohou některé buňky zabít tržné síly, je třeba zachovat výše zmíněný parametr.

Položka č. 19 - Třepačka chlazená

19.a) Zadavatel u této položky vymezil následující požadavek: „orbitální třepání s orbitem 25 mm“.

Zadavatel **trvá na zachování parametru „orbitální třepání s orbitem 25 mm“**, který je standardně nabízen předními výrobci třepaček a je také vhodný pro třepání objemů až do 2000 ml (nižší orbit úměrně snižuje maximální vhodný třepaný objem).

19.b) Zadavatel u této položky vymezil požadavek, že třepačka musí mít nastavitelné otáčky od 15 do minimálně 500 otáček za minutu.

Zadavatel výše uvedený parametr upravuje následujícím způsobem:

- třepačka musí mít nastavitelné otáčky minimálně od 25 do minimálně 500 otáček za minutu

Zadavatel dále uvádí, že tímto vysvětlením a změnou zadávací dokumentace se rovněž všechny jednotkové ceny za položky požadované jak v části 1, tak i v části 2 veřejné zakázky, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 „Technická specifikace předmětu plnění“ a v Příloze č. 7 „Nabídkový list“ Zadávací dokumentace, mění z limitních cen bez DPH na předpokládané ceny bez DPH, které tedy již nejsou stanoveny jako limitní.

V souvislosti s touto provedenou změnou se upravuje čl. 3.3. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ Zadávací dokumentace, a to následujícím způsobem:

„Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3.062.744,- Kč bez DPH z toho předpokládaná hodnota

části 1: 2.816.665,- Kč bez DPH

části 2: 246.079,- Kč bez DPH

Předpokládané hodnoty jednotlivých částí veřejné zakázky jsou stanoveny jako limitní. Zadavatel nemůže přijmout nabídku s vyšší nabídkovou cenou. Nedodržení stanovených limitních cen znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona“.


Vzhledem k tomu, že z důvodu administrativního pochybení nebylo kompletní znění vysvětlení a změny zadávacích podmínek uveřejněno v zákonem stanovené lhůtě, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do **26. 4. 2019 do 10:00 hod.**

Součástí vysvětlení a změny zadávací dokumentace je rovněž upravená Příloha č. 1 „Technická specifikace předmětu plnění“ a upravená Příloha č. 7 „Nabídkový list“ Zadávací dokumentace, které

však již byly dodavatelům poskytnuty v rámci Vysvětlení a změny zadávací dokumentace II. dne 15. 3. 2019.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě dne 19 -03- 2019

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small loop at the end.

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity