



Ostravská univerzita  
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika  
telefon: +420 597 091 002  
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987  
ID datové schránky: 37gj9fm  
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Lokajová/barbora.lokajova@osu.cz  
č.j.: [OU-63039/90-2019]

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- |                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Název veřejné zakázky:           | <b>„Přístrojové vybavení laboratoří LF OU II. -<br/>Ostatní přístrojové vybavení molekulárně-<br/>genetické laboratoře“</b> |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli |                                                                                                                             |
| Název:                                | Ostravská univerzita                                                                                                        |
| Sídlo:                                | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava                                                                                                 |
| IČ:                                   | 61988987                                                                                                                    |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na dodávky                                                                                                  |
| 1.4. Druh zadávacího řízení:          | Otevřené řízení, nadlimitní                                                                                                 |

Na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

### Dotaz č. 1

Mám několik dotazů k technické specifikaci předmětu plnění:

1) Položka 1. Centrifuga stolní chlazená

Zadavatel požaduje rotory vyměnitelné bez nutnosti použití náradí. Tento požadavek můžou splnit pouze centrifugy od jednoho výrobce, přičemž tento požadavek nemá vliv na funkce přístroje. Žádám tedy zadavatele, aby umožnil nabídnout i jiné kvalitní centrifugy a tento požadavek vypustil.

2) Položka 4. Centrifuga stolní, vortex

Žádám zadavatele, aby vypustil nestandardní požadavky:

Mikrocentrifuga musí mít rychloupínací rotory bez potřeby nástrojů pro výměnu  
Spuštění centrifugace zavřením víka

3) Položka 14. Laminární box pro práci s infekčním materiálem a molekulárně biologické analýzy  
Dle zadávací dokumentace požaduje zadavatel bezpečnostní sklo pod úhlem 10%. Požadovaný úhel 10% nemá žádný vliv na funkci přístroje. Žádám zadavatele, aby tento požadavek vypustil.

4) Položka 21. Inkubátor na mikrozkušavky  
Dle zadávací dokumentace má být přesnost teploty nastavení 0,1°C. Bude zadavatel akceptovat i přesnost nastavení u ohřevu 1°C a u chlazení 0,1°C?

5) Položka 22. Termoblok třepaný  
Dle zadávací dokumentace má být teplotní rozsah termobloku minimálně 5-100°C. Myslí tím zadavatel 5°C nad teplotu okolí - 100°C nebo 5°C nad 0°C - 100°C?  
Dle zadávací dokumentace musí mít termoblok nastavitelný časovač od minimálně 15s do 99 hod, nebo kontinuální provoz. Bude zadavatel akceptovat i časovač s nastavitelným časovačem od 1minuty?

Dále mám dotaz k požadovanému termínu plnění do 45 dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy. S ohledem na charakter a počet požadovaných přístrojů je lhůta 45 dnů nedostačující. Žádám zadavatele o její prodloužení na min. 56 dnů.

Předem děkuji za odpovědi.

#### **Odpověď č. 1**

*Zadavatel posoudil žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a k jeho dotazům, týkajícím se Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění Zadávací dokumentace, uvádí následující.*

#### 1) Položka 1. Centrifuga stolní chlazená

*Dle požadavků zadavatele součástí dodávky musí být mimo jiné rotor úhlový, výkyvný a pro mikrotitrační destičky. Tyto rotory vzhledem k plánovaným činnostem v laboratoři mohou být měněny i několikrát během jedné směny (sdílení zařízení). Zařízení bude využíváno zejména studenty Lékařské fakulty Ostravské univerzity v rámci pregraduálního a postgraduálního studia, kdy dle zhodnocení zadavatele uplnání pomocí nářadí by mohlo být pro uživatele zařízení možnou překážkou. Z výše uvedených důvodů zadavatel zvolil tuto variantu jako nejvhodnější a na tomto požadavku tedy trvá.*

*Dle zadavatelem dostupných informací splňuje výše uvedené požadavky více výrobců a dodavatelů.*

#### 2) Položka 4. Centrifuga stolní, vortex

*Zadavatel u této položky požaduje, že minicentrifuga musí mít rychloupínací rotory bez potřeby nástrojů pro výměnu.*

*Zadavatel na tomto svém parametru netrvá a parametr upravuje následujícím způsobem:*

**- Minicentrifuga musí mít možnost měnit rotory bez potřeby použití nástrojů pro výměnu.**

K druhému požadavku zadavatel uvádí, že dle zadavatelem dostupných informací splňuje požadavek spouštění centrifugace zavřením víka více výrobců a dodavatelů, proto na tomto svém požadavku trvá.

### 3) Položka 14. Laminární box pro práci s infekčním materiálem a molekulárně biologické analýzy

Zadavatel u této položky uvádí požadavek na bezpečnostní sklo pod úhlem 10%.

Zadavatel netrvá na svém požadavku na specifikaci bezpečnostního skla pod úhlem 10%, upravuje specifikaci položky č. 14 a tento požadavek ze specifikace vypouští.

### 4) Položka 21. Inkubátor na mikroskopavky

Zadavatel u této položky uvádí požadavek na přesnost nastavení teploty – 0,1 °C.

Zadavatel uvádí, že bude akceptovat rovněž možnost nastavení ohřevu v krocích po 1°C a u chlazení v krocích po 0,1°C.

Zadavatel mění znění specifikace položky č. 21 a to následujícím způsobem:

**- Přesnost nastavení teploty chlazení po krocích po maximálně 0,1 °C a teploty ohřevu po krocích po maximálně 1°C.**

### 5) Položka 22. Termoblok třepaný

Zadavatel mění znění specifikace položky č. 22, a to následujícím způsobem:

**- Teplotní rozsah musí být minimálně 5°C pod teplotu okolí až minimálně 100°C**

**- Termoblok musí mít nastavitelný časovač do minimálně 96 hod a nejkratší nastavitelný časový interval maximálně 1 min.**

K druhé části dotazu, týkající se termínu plnění dle čl. 4.1. Zadávací dokumentace, zadavatel uvádí následující:

Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o vysoce specializované přístroje a rovněž s ohledem na zkušenosti zadavatele s předchozími dodávkami obdobného rozsahu a charakteru, stanovil zadavatel termín dodání předmětu plnění v délce 45 dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy a tento shledal jako dostatečný. Jelikož se jedná již o opakovanou zakázku, prodloužení termínu dodání by zadavateli způsobilo komplikace při spuštění provozu nových sdílených laboratoří, do kterých jsou

*již zakoupeny vysoce specializované přístroje, které do doby dodání přístrojů nakupovaných v rámci tohoto zadávacím řízení nemohou být využívány.*

*Zadavatel tedy trvá na svém požadavku vymezeném v čl. 4.1. „Termín plnění“ Zadávací dokumentace, a sice, že termín dodání předmětu plnění je do 45 dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy.*

Vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do **29. 8. 2019 do 10:00 hod.**

S ohledem na charakter provedených změn zadavatel jako součást tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace předkládá rovněž upravenou Přílohu č. 1 „Technická specifikace předmětu plnění“ Zadávací dokumentace.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

---

**doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.**  
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

29. 8. 2019 12:00 Dr. V. Růžek