

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Lokajová/barbora.lokajova@osu.cz
č.j.: [OU-76800/90-2019]

K uveřejnění



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Přístrojové vybavení laboratoří LF OU II. -
Ostatní přístrojové vybavení molekulárně-
genetické laboratoře“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Dotaz č. 1

A.)Pro část 13. Ve vašich technických požadavcích soubor parametrů pro tuto část veřejné zakázky :

1. Tato položka je souborem všech vašich 18 technických požadavků, plně koncipována pouze na jednoho světového výrobce a to firmu Faster s jedním konkrétním výrobkem ChemFast 12.

Dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zejména dle § 36 odst. 1, kdy technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a § 6 odst. 1 a 2 o zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace, požadujeme, aby se v rámci transparentního a rovnocenného přístupu k ostatním potenciálním dodavatelům zjednodušily technické požadavky tak, aby bylo také možné nabídnout i přístroje od jiných výrobců a byl umožněn přístup dalším potenciálním dodavatelům.

Když je jakákoliv veřejná zakázka zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, nebo i mimo režim tohoto zákona, musí zadavatel dodržet základní zásady tohoto zákona:

- **zásadu transparentnosti** – zadavatel musí předem jasně stanovit kritéria výběru a postupovat tak, aby nevznikla pochybnost o objektivním výběru vítězné nabídky,
- **zásadu rovného zacházení** – zadavatel stanoví stejné podmínky všem potenciálním dodavatelům, tedy možnost přístupu k veřejné zakázce a možnost úspěchu ve výběrovém řízení je dána všem bez rozdílu,
- **zásadu zákazu diskriminace** – zadavatel nesmí neoprávněně zvýhodnit nebo znevýhodnit některého ze zájemců oproti ostatním, všichni mají stejnou příležitost zakázku získat,
- **zásadu přiměřenosti** – zadavatel nastaví parametry zadávacího řízení tak, aby byly přiměřené charakteru či předmětu veřejné zakázky (přiměřené požadavky na kvalifikaci, přiměřené zadávací podmínky, lhůty, smluvní pokuty apod.).

Na základě tohoto standardního přístupu k veřejným zakázkám, žádáme, aby byly upraveny požadované technické parametry tak, aby bylo možno nabídnout přístroje, alespoň od dalších dvou výrobců, a tím by byly naplněny základní zásady zákona o výběrových řízeních a umožněn přístup dalším potenciálním dodavatelům.

Navíc se jedná o výběrové řízení na 31 položek a není možné touto jednou položkou blokovat celé výběrové řízení cíleně pro jednoho uchazeče.

B.) Pro část 18. Třepačka s orbitálním pohybem

- a.) Ve vašich technických požadavcích je požadovaný parametr : možnost volby mezi nepřetržitým provozem a časovým programem s délkou 1 až minimálně 120 min.
- b.) Ve vašich technických požadavcích je požadovaný parametr : rychlost třepání musí být minimálně 25 až 300 otáček za minutu
- c.) Třepačka musí být použitelná v podmínkách 0°C až +40°C

1.) Tato položka je plně koncipována pouze na jednoho světového výrobce firmu VWR s jedním konkrétním výrobkem a to typem Orbital Shaker Standard 5000

Dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, a protože dle § 36 odst. 1, kdy technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a § 6 odst. 1 a 2 o zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace, požadujeme, aby se v rámci transparentního a rovnocenného přístupu k ostatním potenciálním dodavatelům zjednodušily technické požadavky tak, aby bylo také možné nabídnout i přístroje od jiných výrobců.

V takto položkově obsáhlé veřejné zakázce, tato jedna konkrétní položka, která je směřována k jednomu konkrétnímu produktu od jednoho konkrétního výrobce, jednoznačně blokuje v přístup dalším potencionálním dodavatelům

- a.) Jelikož je parametr časový program s délkou 1 až minimálně 120 min. jednoznačně koncipovaný na tento konkrétní typ a ne každý výrobce má tento časový rozsah požadujeme, aby tento parametr byl snížen na standardních 99 min, kterými disponuje naprostá většina světových výrobců
- b.) Jelikož je parametr rychlost třepání s rozsahem 25 až 300 otáček za minutu jednoznačně koncipovaný na tento konkrétní typ a ne každý výrobce má tento rychlostní rozsah požadujeme, aby tento parametr byl ve spodní hladině zvýšen na standardních 30 otáček za minutu, kterými disponuje naprostá většina světových výrobců
- c.) Jelikož je parametr použitelnosti v podmínkách 0°C až +40°C jednoznačně koncipovaný na tento konkrétní typ a nikdo z výrobců nemá rozsah od 0°C ale vždy od +4°C požadujeme, aby tento parametr byl ve spodní hladině zvýšen na standardní 4°C, kterými disponuje naprostá většina světových výrobců

Dále uvádíme v této položce rozpor mezi požadovanou velikostí platformy. Jednou velikost platformy musí být minimálně 60 x 45cm a po druhé 610 x 450 mm. Není možné požadovat současně dvě rozdílné velikosti.

C.) Pro část 19. Třepačka chlazená

- a.) Ve vašich technických požadavcích je požadovaný parametr : Orbitální třepání s orbitem 20-25 mm

- 2.) Tato položka je plně koncipována pouze na jednoho světového výrobce firmu VWR s jedním konkrétním výrobkem a to typem VWR Model 5000IR Symphony, a protože dle § 36 odst. 1, kdy technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a § 6 odst. 1 a 2 o zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace, požadujeme, aby se v rámci transparentního a rovnocenného přístupu k ostatním potencionálním dodavatelům zjednodušily technické požadavky tak, aby bylo také možné nabídnout i přístroje od jiných výrobců.

V takto položkově obsáhlé veřejné zakázce, tato jedna konkrétní položka, která je směřována k jednomu konkrétnímu produktu od jednoho konkrétního výrobce, jednoznačně blokuje v přístup dalším potencionálním dodavatelům

- a.) Jelikož je soubor parametrů: „orbit v rozsahu 20-25 mm (kdy je standardem, že výrobci mají buď 19 mm nebo 25 mm, takže tento váš benevolentní rozsah orbitu není vlastně žádným rozsahem) a požadavkem na časování až 160 hodin, jednoznačně koncipovaný na tento konkrétní výše zmíněný typ a žádný výrobce nemá tento časový rozsah souběžně s orbitem 25 mm. Proto požadujeme, aby parametr u orbitální třepání –orbit byl snížen na standardních 19 mm, kterými disponuje většina světových výrobců

D.) Pro část 31. Skříň na chemikálie

- a.) Ve vašich technických požadavcích je požadovaný parametr : zvýšená ohnivzdornost dle ČSN EN 14470-1 a současně jsou v požadavcích uvedeny přesné minimální vnitřní rozměry a maximální rozměry podstavy.

- a.) Jelikož všichni světový výrobci při výrobě bezpečnostních skříní jsou v souladu se standardem ohnivzdornosti EN14470-1 vždy nuceni přidávat určité množství izolační hmoty do všech stran vyráběné bezpečnostní skříně, tak jsou vždy rozměry skříně větší, než když se jedná o bezpečnostní skříň jednoplášťovou nebo dvouplášťovou na chemikálie a hořlaviny, které nemají požární odolnost 15, 30 nebo více minut. Jelikož jsme, i podle předpokládané ceny, přesvědčeni, že došlo k sloučení dvou rozdílných požadavků, požadujeme, aby byl z technický parametrů vyjmut požadavek na standard ČSN EN 14470-1, jelikož dle znalostí trhu není v žádném případě možné dodržet a splnit požadované minimální vnitřní a maximální vnější rozměry, jelikož to žádný výrobce nedokáže ve výrobě splnit.

Odpověď č. 1

Zadavatel posoudil žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a k jeho dotazům, týkajícím se Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění Zadávací dokumentace, uvádí následující.

Jelikož se jedná o opakované zadávací řízení, zadavatel před jeho zahájením provedl velmi podrobný průzkum trhu laboratorních přístrojů tak, aby byl schopen sladit požadavky na parametry přístrojů vycházejících z výzkumných záměrů s nabídkou na trhu laboratorních přístrojů. Pro každou požadovanou položku existují přístroje vyráběné více výrobci, a vždy specifikaci vyhoví i výrobky, které jsou distribuovány mnoha dodavateli, ne výhradně výrobcem.

1) Položka 13. Bezodtahová digestoř

Zadavatel nesouhlasí s názorem dodavatele, že je položka č. 13 plně koncipovaná pouze na jednoho světového výrobce, a to rovněž s ohledem na vysvětlení uvedené na začátku odpovědi č. 1.

Bezodtahové digestoře na trhu laboratorních přístrojů dodává mnoho dodavatelů a to buď jako dodávky hotové typové digestoře, nebo jsou běžně vyráběny digestoře na zakázku na základě požadovaných rozměrů. Z toho důvodu je námi požadované parametry pro bezodtahovou digestoř schopno splnit více výrobců a mnoho dodavatelů.

Zadavatel je tedy toho názoru, že při stanovení technické specifikace pro předmětnou položku postupoval v souladu se zákonem, kdy byly rovněž dodrženy všechny zásady zadávání veřejných zakázek uvedené v § 6 zákona.

2) Položka 18. Třepačka s orbitálním pohybem

Zadavatel nesouhlasí s názorem dodavatele, že je položka č. 18 plně koncipovaná pouze pro jednoho světového výrobce, a to rovněž s ohledem na vysvětlení uvedené na začátku odpovědi č. 1.

Zadavatel disponuje informacemi, že na trhu laboratorních přístrojů požadované parametry splní výrobky několika výrobců, distribuované mnoha dodavateli. Proto na těchto svých požadavcích uvedených u předmětné položky trvá.

K druhé části dotazu dodavatele zadavatel uvádí, že při uvedení parametru rozměru platformy došlo k administrativní chybě, když byly v technické specifikaci uvedeny dvě odlišné velikosti platformy.

Zadavatel upřesňuje, že platforma musí mít rozměr minimálně 600 x 450 mm.

3) Položka 19. Třepačka chlazená

Zadavatel nesouhlasí s názorem dodavatele, že je položka č. 19 plně koncipovaná pouze pro jednoho světového výrobce, a to rovněž s ohledem na vysvětlení uvedené na začátku odpovědi č. 1.

Zadavatel disponuje informacemi, že na trhu laboratorních přístrojů požadované parametry splní výrobky několika výrobců, distribuované mnoha dodavateli. Proto na těchto svých požadavcích uvedených u předmětné položky trvá.

4) Položka 31. Skříň na chemikálie

Zadavatel disponuje informacemi, že na trhu laboratorních přístrojů požadované parametry splní výrobky několika výrobců, distribuované mnoha dodavateli. Proto na těchto svých požadavcích uvedených u předmětné položky trvá.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

Mgr. Barbora Lokajová
referent oddělení veřejných zakázek