

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Regneri/marie.regneri@osu.cz

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell Coolab Ostrava V“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |

Dle ustanovení § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

V důsledku administrativního pochybení byla v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění této veřejné zakázky chybně uvedena požadovaná výška u položky č. 3 Ochranný pracovní box.

Vnější rozměry ochranného pracovního boxu byly požadovány podle Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění takto:
Maximálně 1450 x 800 x 230 mm (Š x H x V).

Správný požadavek na rozměry ochranného pracovního boxu zní:
Maximálně 1450 x 800 x 2 300 mm (Š x H x V).

Opravená technická specifikace položky č. 3 Ochranný pracovní box je uvedena v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace II., opravený rozměr je v tabulce zvýrazněn.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do **14.04.2020 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě dne

.....
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity