

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Fukalova/marcela.fukalova@osu.cz

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- 1.1. Název veřejné zakázky: **„Nákup laboratorních enzymů pro PřF“**
(veřejná zakázka financovaná z prostředků projektu OP VVV Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000759)
- 1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název: Ostravská univerzita
Sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČ: 61988987
- 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
- 1.4. Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu

Na základě žádosti účastníka výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s čl. 12.3. Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

Podávám dotazy o vysvětlení zadávací dokumentace výběrového řízení: Nákup laboratorních enzymů pro PřF.

Položka č.3.

Zadavatel požaduje koncentraci enzymu 5000 U/ml. Bude akceptován i enzym s koncentrací 2000U/ml? Počet jednotek bude samozřejmě dodržen.

Položka č.15.

Zadavatel požaduje koncentraci enzymu 10000 U/ml. Bude akceptován i enzym s jinou koncentrací? Počet jednotek bude samozřejmě dodržen.

Odpověď č. 1

Zadavatel u všech položek akceptuje pouze koncentrace vyšší než požadované, jelikož je případně může posléze naředit. U položek č.3 a č.15 tedy nemůže akceptovat alternativu s nižší koncentrací.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

V Ostravě dne

.....
Ing. Marcela Fukalová
referent pro zadávání veřejných zakázek