

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Konečná/sara.konecna@osu.cz

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Zdravotní technika pro resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro LF OU II.“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci ZD, část 4, položka č. 4 Monitor ICU požaduje:

- minimálně 4xIBP

Bude zadavatel akceptovat řešení s 2xIBP

Odpověď č. 1:

Zadavatel po posouzení tohoto dotazu upravuje požadavek v technické specifikaci u položky č. 4 následovně:

- minimálně 2xIBP

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci ZD, část 4, položka č. 4 Monitor ICU a položka č. 5 Monitor životních funkcí požaduje:

- EKG (3, 5, 10 svodů)

Bude zadavatel akceptovat řešení 3, 5, 6 svodů EKG?

Odpověď č. 2:

Zadavatel po posouzení tohoto dotazu upravuje požadavek v technické specifikaci u položky č. 4 a 5 následovně:

- *EKG monitorace na úrovni minimálně 10 svodů*

V návaznosti na provedenou úpravu položky č. 4 – Monitor ICU a položky č. 5 – Monitor životních funkcí v části 4 veřejné zakázky zadavatel předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění. Provedené změny jsou vyznačeny modře.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to do **17.05.2022 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě dne

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty
Ostravské univerzity