



Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Koprajdová/petra.koprajdova@osu.cz

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka laboratorních přístrojů pro LF OU“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dotaz č. 1

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Dodávka laboratorních přístrojů pro LF OU“.

Naše dotazy zní následovně:

1) Bude zadavatel akceptovat jednokanálové pipety s rozsahem 0,1-3,0 µL namísto požadovaného rozsahu 0,1-2,5 µL? Tedy pipety, které mají spodní hranici rozsahu identickou, ale lze je použít pro pipetování objemu až do 3,0 µL namísto uváděného menšího objemu 2,5 µL?

Odpověď č. 1

Na základě tohoto dotazu zadavatel upravil Přílohu č. 1 – Technickou specifikaci předmětu plnění části 1 zadávací dokumentace. Změny jsou provedeny u položek č. 1, 2, 3, a 4 a jsou vyznačeny červeně, viz také následující obrázek.

Pořadí	Název materiálu	Specifikace	
1	jednokanálová pipeta o objemu min. 0,1 – 2,5 µl	Přesnost pipety v rozsahu 0,1 – 2,5 µl minimálně 0,7 – 0,8 %	Různé objemy pipet musí být barevně odlišeny Pipety musí být autoklávovatelné
2	jednokanálová pipeta o objemu min. 0,5 – 10 µl	Správnost pipety v rozsahu 0,5 – 10 µl minimálně ± 1 – 2 % Přesnost pipety v rozsahu 0,5 – 10 µl minimálně 0,4 – 0,5 %	Pipety musí být dodány s kalibračním listem platným minimálně 24 měsíců Pipety musí být vybaveny vyměnitelnými filtry, které zabraňují kontaminaci pipety nasátým roztokem (nemusí platit pro pipetu do 10 µl)
3	jednokanálová pipeta o objemu min. 10 – 100 µl	Správnost pipety v rozsahu 10 – 100 µl minimálně ± 0,6 – 0,8 % Přesnost pipety v rozsahu 10 – 100 µl minimálně 0,2 – 0,3 %	Nastavování objemu musí být bez aretace, formou lehkého volného otáčení kroužkem pipety Konus pipety musí být odpružený pro optimální nasazení špičky s vynaložením minimální síly
4	jednokanálová pipeta o objemu min. 100 – 1000 µl	Správnost pipety v rozsahu 100 – 1000 µl minimálně ± 0,6 – 0,7 % Přesnost pipety v rozsahu 100 – 1000 µl minimálně 0,2 – 0,3 %	Hmotnost pipety musí být maximálně 80 g

Dotaz č. 2

2) V příloze č. 1 Technická specifikace předmětu plnění v bodě 5 a 6 zadavatel požaduje dodávku dvou různých centrifug. Bude zadavatel akceptovat řešení, kde bude nabídnuta pouze jedna centrifuga, ale s různými rotory tak, aby vyhovovala požadavkům pro přístroje z bodu 5 a 6? Nebo zadavatel na požadavku pro dvě různé centrifugy trvá?
Předem děkujeme za odpověď.

Odpověď č. 2

Zadavatel k danému dotazu uvádí, že dotazu není možné akceptovat nahrazení dvou produktů jedním z důvodu umístění v různých místnostech.

S ohledem na provedenou změnu Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění zadávací dokumentace zadavatel jako přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace přikládá upravenou Přílohu č. 1 - Technickou specifikaci předmětu plnění.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 zákona a vzhledem k provedené změně zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do **16. 6. 2022 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě dne

.....
doc. MUDr. Rastislav Mařar, Ph.D.,
MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity