

Technická specifikace nabízeného plnění

Dodávka mikroskopů		
Část 1		
<div> <div>Popis parametru</div> <div> <p>(Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.)</p> </div> </div>	<div> <div>Účastníkem nabízená hodnota</div> <div> <p>(Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedeně hodnoty garantuje.)</p> <p>Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)</p> </div> </div>	
<div> <div>Položka č. 1 Stolní experimentální operační mikroskop</div> </div>	<div> <div>Model - typové/výrobní označení</div> <div>M320 TP12</div> </div>	<div> <div>Výrobce</div> <div>Leica Microsystems</div> </div>
<div> <div>Počet kusů: 7 ks</div> </div>	<div> <div>Účastníkem nabízená hodnota</div> </div>	
Stolní mikroskopy lze použít ve výuce chirurgických oborů.		ANO
Mikroskop disponuje apochromatickou optikou.		ANO
Osvětlení je řešeno pomocí LED zdroje.		ANO
Životnost LED zdroje minimálně 45 000 pracovních hodin.		ANO
Každý mikroskop lze uchytit na stůl.		ANO
Přímý binokulární tubus.		ANO
Pevný objektiv s ohniskovou vzdáleností minimálně 250 mm.		ANO, 250 mm
Integrovaná full HD kamera s nahrávání na SD kartu.		ANO, 4K kamera s nahráváním
Externí monitor pro zobrazení pracovního pole.		ANO
Integrovaný žlutý filtr.		ANO

Mikroskopy disponují minimálně 5 stupňovým manuálním ovládáním zvětšení.	ANO, 5 stupňové ovládání zvětšení
Minimálně 3 zdítky pro připojení (minimálně pro HDMI, síťový kabel, BNC).	ANO (HDMI, síťový, USB)
Bezpečnostní třída typu Třída I.	ANO

Celková nabídková cena veřejné zakázky:		Počet kusů	Celková nabídková cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Položka					
1.	Stolní experimentální operační mikroskop	7	2 698 010,00 Kč	566 582,10 Kč	3 264 591,10 Kč
Nabídková cena VZ CELKEM					



SPIRIT MEDICAL spol. s r. o.
 Sadaňská 495/1 624 90 BRNO
 tel.: +420 548 530 828
 fax: +420 548 538 897
 IČ: 60468581, DIČ: CZ60468581