

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka drobné zdravotnické techniky a dalšího zdravotnického vybavení 2“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádostí účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Zadavatel ve veřejné zakázce, v části 12, položka č. 154 Nosní vzduchovod požaduje velikosti 6 a 8.

Na základě zkušeností z lékařských zařízení se nejběžněji používá velikost nosního vzduchovodu č. 6. Bude zadavatel akceptovat nahrazení velikosti č. 8 velikostí č. 6? Tedy 10 ks velikosti č. 6. Přičemž délka je shodná, mění se pouze vnitřní průměr.

Odpověď č. 1:

Zadavatel po posouzení dotazu č. 1 upravuje svůj požadavek uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění u položky č. 154 Nosní vzduchovod následovně:

- Velikost minimálně 6 mm, maximálně 8mm.

Dotaz č. 2:

Zadavatel ve veřejné zakázce, v části 12, položka č. 155 Ústní vzduchovod požaduje velikosti 0 až 6.

Velkost vzduchovodu pro novorozence vel. 0, 00, 000 se dle zkušeností využívají velmi výjimečně, stejně tak velikost 6. Bude zadavatel akceptovat pro výuku velikosti 1 až 5?

Odpověď č. 2:

Zadavatel po posouzení dotazu č. 2 upravuje svůj požadavek uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění u položky č. 155 Ústní vzduchovod následovně:

- minimálně 2ks velikosti 0/ příp. velikosti 1
- minimálně 3ks velikosti 6 / příp. velikosti 5

V návaznosti na provedenou úpravu položky č. 154 Nosní vzduchovod a položky č. 155 Ústní vzduchovod v části 12 veřejné zakázky zadavatel předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to do **07.03.2023 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě dne

.....
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity