

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Konečná/sara.konecna@osu.cz

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Dodávka laboratorních přístrojů pro Infra Ph.D. |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dotaz:

Dotaz se týká veřejné zakázky „Dodávka laboratorních přístrojů pro Infra Ph.D.“ části 3: Set dvou přístrojů: DNA/RNA UV dekontaminační box a digitální orbitální třepačka

V minimálních technických požadavcích na digitální orbitální třepačku zadavatel požaduje:

- nastavitelná rychlost třepání minimálně 50–300 rpm

Dotaz uchazeče: Bude zadavatel akceptovat maximální rychlost 250 rpm?

Odpověď:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že nebude akceptovat maximální rychlost 250 rpm.
Zadavatel trvá na svém požadavku na nastavitelnou rychlost třepání minimálně 50–300 rpm.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

.....
Bc. Sára Konečná
referent oddělení veřejných zakázek