



OSTRAVSKÁ
UNIVERZITA

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PRO ČÁST 1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

1.1. Název veřejné zakázky:	Dodávka laboratorních přístrojů pro Infra Ph.D. II.
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Ostravská univerzita
Sídlo:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČ:	61988987
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávky
1.4. Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení nadlimitní

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka setu automatických pipet pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) s názvem Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU s reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0006563.

Součástí nabídky musí být podrobná a přesná specifikace nabízeného předmětu veřejné zakázky minimálně v rozsahu parametrů požadovaných v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Účastník je povinen v rámci podrobné technické specifikace předmětu plnění uvést mj. konkrétní označení nabízeného předmětu plnění (název zařízení s typovým označením případně katalogové číslo). Skutečné parametry nabízeného zboží musí být svou kvalitou stejné nebo vyšší než parametry předepsané. Podrobná specifikace může být předložena rovněž v anglickém jazyce.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, jejich přílohách, formuláři Nabídka a v obchodních podmínkách.

3. CELKOVÁ CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ PRO ČÁST 1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Smlouva pro část 1 veřejné zakázky nebyla uzavřena, neboť zadávací řízení pro tuto část bylo zrušeno.

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ

Nabídka č.	2
Obchodní firma:	Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o., od 03.07.2024 ESCIMEDA s.r.o.
Sídlo:	Voděradská 2552/16, 251 01 Říčany, od 03.07.2024 Na Vyšehradě 1092, Horní Předměstí, 572 01 Polička
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	27939031
DIČ:	CZ27939031
Nabídková cena bez DPH:	67 890,00 Kč

Nabídka č. 6
Obchodní firma: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
Sídlo: Karásek 1767/1, Řečkovice, 621 00 Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 63471507
DIČ: CZ63471507
Nabídková cena bez DPH: 64 920,00 Kč

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ

Číslo nabídky	Obchodní firma	Sídlo	IČO	Část zakázky
6.	BioVendor - Laboratorní medicína a.s.	Karásek 1767/1, Řečkovice, 621 00 Brno	63471507	1

Zadavatel dle čl. 3.1. zadávací dokumentace požadoval, aby součástí nabídky byla podrobná a přesná specifikace nabízeného předmětu veřejné zakázky minimálně v rozsahu parametrů požadovaných v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Účastník je povinen v rámci podrobné technické specifikace předmětu plnění uvést mj. konkrétní označení nabízeného předmětu plnění (název zařízení s typovým označením případně katalogové číslo). Skutečné parametry nabízeného zboží musí být svojí kvalitou stejné nebo vyšší než parametry předepsané. Podrobná specifikace může být předložena rovněž v anglickém jazyce.

Zadavatel stanovil v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění mj. následující požadavky:

- Hmotnost pipety musí být maximálně 120 g
- 1 set obsahuje:
 - jednobáňová pipeta o objemu: minimální maximálně 0,1 - maximální maximálně 2,5 ul; Přesnost pipety při maximálním pipetovaném objemu < 0,8 %
 - jednobáňová pipeta o objemu: minimální maximálně 0,5 - maximální maximálně 10 ul; Správnost pipety při maximálním pipetovaném objemu $\pm 1,5$ %, Přesnost pipety při maximálním pipetovaném objemu < 0,6 %
 - jednobáňová pipeta o objemu: minimální maximálně 10 - maximální maximálně 100 ul; Správnost pipety při maximálním pipetovaném objemu $\pm 0,8$ %, Přesnost pipety při maximálním pipetovaném objemu < 0,25 %
 - jednobáňová pipeta o objemu: minimální maximálně 100 - maximální maximálně 1000 ul; Správnost pipety při maximálním pipetovaném objemu $\pm 0,7$ %, Přesnost pipety při maximálním pipetovaném objemu < 0,25 %

Hodnotící komise však zjistila, že účastník v předložené podrobné a přesné specifikaci nabízeného předmětu veřejné zakázky výše uvedené požadavky zadavatele neuvádí.

Na základě výše uvedeného hodnotící komise rozhodla, že je nabídka účastníka neúplná a žádostí ze dne 17.06.2024 jej v souladu s § 46 zákona požádala o doplnění podrobné a přesné specifikace nabízeného předmětu veřejné zakázky tak, aby účastníkem předložená podrobná a přesná specifikace nabízeného předmětu veřejné zakázky byla v souladu s čl. 3.1. zadávací dokumentace.

Na výše uvedené žádosti podle § 46 zákona byla účastníkovi poskytnuta lhůta na doručení požadovaného doplnění v délce 3 pracovních dnů.

Požadované doplnění údajů účastník poskytl, a to dne 19.06.2024. V předloženém doplnění předložil doplněnou technickou specifikaci k pipetám.

Hodnotící komise posoudila účastníkem předložené doplnění ze dne 19.06.2024 a konstatuje, že doplnění není možné akceptovat, neboť zadavatel v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění požadoval, aby součástí setu byla mj. jednokanálová pipeta o objemu: minimální maximálně 0,1 - maximální maximálně 2,5 ul a účastníkem nabízená pipeta s katalogovým číslem LH-729010 disponuje objemem 0,1-3 ul. Údaje předložené v nabídce tedy nesplňují podmínky účasti v zadávacím řízení.

Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s § 48 zákona vyloučil účastníka BioVendor - Laboratorní medicína a.s. z další účasti v zadávacím řízení pro část 1 veřejné zakázky pro nesplnění zadávacích podmínek ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

Číslo nabídky	Obchodní firma	Sídlo	IČO	Část zakázky
2.	Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. od 03.07.2024 ESCIMEDA s.r.o.	Voděradská 2552/16, 251 01 Říčany od 03.07.2024 Na Vyšehradě 1092, Horní Předměstí, 572 01 Polička	27939031	1

Zadavatel v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění požadoval mj., že pipety musí být vybaveny vyměnitelnými filtry, které zabraňují kontaminaci pipety nasátým roztokem (nemusí platit pro pipetu do 10 µl). Účastník v předložené nabídce k výše uvedenému požadavku zadavatele uvedl: „NE, pro pipetování se používají špičky s filtrem. Filtry mají pipety až od objemu 2,5 ml“. Údaje předložené v nabídce tedy nesplňují podmínky účasti v zadávacím řízení.

Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s § 48 zákona vyloučil účastníka Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. (od 03.07.2024 ESCIMEDA s.r.o.) z další účasti v zadávacím řízení pro část 1 veřejné zakázky pro nesplnění zadávacích podmínek ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO DODAVATELE, S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA PRO ČÁST 1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Smlouva nebyla uzavřena, neboť zadávací řízení pro část 1 veřejné zakázky bylo zrušeno.

7. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO ČÁST 1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Po vyloučení všech účastníků v zadávacím řízení pro část 1 veřejné zakázky není žádný účastník zadávacího řízení v části 1 veřejné zakázky.

Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona rozhodl o zrušení části 1 veřejné zakázky.

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor Ostravské univerzity