

Všem dodavatelům



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí

**LERCO**

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

1.1. Název veřejné zakázky:	„Dodávka pipet pro PŘF OU“
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Ostravská univerzita
Sídlo:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČ:	61988987
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.4. Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení, nadlimitní

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

### Dotaz č. 1:

Dobrý den,

V rámci DI č.2, v odpovědi č.3 týkající se rozsahu jednobanální nastavitelné pipety 0,5-10ul zadavatel nesouhlasil s navrženou změnu rozsahu (u Položky č.1 Sada jednobanálních nastavitelných pipet s příslušenstvím, v bodě a) požadovaná jednobanální nastavitelná pro objemy 0,5 – 10ul). Pipetování nejmenšího objemu 0,5ul pipetou s rozsahem 0,5 – 10ul je určitě zatíženo vysokou chybovostí a nepřesností a pro přesné a správné pipetování takto malých mikroobjemů by bylo vhodnější volit pipetu s jiným nastavitelným rozsahem pro menší objemy. Nezážil by zadavatel přeci jen možnou úpravu požadavku a akceptoval by nabídku pipety o rozsahu 1-10ul? Deklarovaná chybovost by podle požadovaných hodnot zadavatele vyhovovala.

Děkujeme.

### Odpověď č. 1:

Zadavatel po posouzení tohoto dotazu upravuje svůj požadavek uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění u položky č. 1 Sada jednobanálních nastavitelných pipet s příslušenstvím u pipety a) následovně:

- a) 1 ks Jednobanální nastavitelná pipeta pro objem od minima v rozmezí 0,5 – 1 µl do maxima 10 µl

V návaznosti na provedené úpravy zadavatel jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to do **10.09.2024 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....  
**doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.**  
rektor Ostravské univerzity