

Ostravská univerzita
Dvořákova 138/7 / 702 00 Ostrava / Česká republika
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Fešárová/tereza.fesarova@osu.cz

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

1.1. Název veřejné zakázky:	Dodávka mikroskopů pro Infra Ph.D. II.
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Ostravská univerzita
Sídlo:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČ:	61988987
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.4. Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu

Na základě žádosti účastníka výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s čl. 11.3. Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“).

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

v příloze č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění – část 3 uvádíte maximální přípustnou výšku 30 cm a maximální hmotnost 2 kg.

Akceptuje zadavatel dodání s přípustnou výškou max. 35 cm a váhou max. 2,5 kg?

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že neakceptuje dodání s přípustnou výškou max. 35 cm a váhou max. 2,5 kg a trvá na všech svých požadavcích uvedených v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

v příloze č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění – část 3 uvádíte maximální přípustnou výšku 30 cm a maximální hmotnost 2 kg.

Maximální výškou je myšlena nejmenší možná výška např. z důvodu uložení do skříně nebo maximální výška při dosažení nejvyšší možné výšky umístěné hlavice na rameni?

Odpověď č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že maximální výškou je myšlena nejvyšší možná výška z důvodu umístění mikroskopu v laboratoři.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

V Ostravě dne

.....
Bc. Tereza Fešárová
referent oddělení veřejných zakázek