



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka pipet pro VP2 (BFY)“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Vážený zadavateli,

rádi bychom požádali o upřesnění údajů uvedených k položce č. 1 – jednokanálová nastavitelná pipeta pro objemy od minima v rozmezí 0,1–0,2 µl a maxima v rozmezí 2,0–3,0 µl

Konkrétně varianta a) pro pipetu s maximálním objemem 2,0 µl. V zadání je pravděpodobně písařská chyba ze tří důvodů popsaných níže, konkrétně v těchto bodech:

"chybovost systematická při nastaveném objemu 1,0 µl $\pm$ 2,7 % a nižší; $\pm$ 0,027 µl a nižší"

"chybovost náhodná při nastaveném objemu 1,0 µl $\pm$ 1,5 % a nižší; $\pm$ 0,015 µl a nižší"

1. Zmíněný požadavek na chybovost se týká středního objemu pipety, přičemž zadavatel zároveň uvádí zcela odlišné požadavky pro minimální a maximální objem. Jedná se o zcela zjevný nesoulad.

2. Zároveň chceme upozornit, že všechny požadované hodnoty mimo zmíněného jsou v souladu s normou ISO8655, což se domníváme, že bylo záměrem zadavatele. Ovšem výše zmíněný požadavek zdaleka překračuje požadavky normy. Pro informaci, norma ISO8655 (specifikace kalibrace) umožňuje odpovídající hodnoty objemů 0,080 µl pro chybovost systematickou a 0,040 µl pro chybovost náhodnou při nastaveném objemu 1,0 µl. Pro kompletnost v příloze zasíláme i oficiální specifikace od našeho výrobce v porovnání s údaji z normy ISO8655.

3. Požadovaná chybovost je pravděpodobně technicky nemožná.

Bude zadavatel akceptovat pro pipetu s objemem 0,2-2 µl chybovost systematickou při nastaveném objemu 1,0 µl 0,040 µl a chybovost náhodnou při nastaveném objemu 1,0 µl 0,035 µl?

**Součástí dotazu je oficiální specifikace výrobce, která je jednou z příloh tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.*

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že bude akceptovat pro pipetu s objemem 0,2-2 μl chybovost systematickou při nastaveném objemu 1,0 μl 0,040 μl a chybovost náhodnou při nastaveném objemu 1,0 μl 0,035 μl .

Tímto Zadavatel upravuje technickou specifikaci pro položku č. 1 Jednokanálová nastavitelná pipeta pro objemy od minima v rozmezí 0,1 – 0,2 μl a maxima v rozmezí 2,0 – 3,0 μl , konkrétně k variantě a) Pro pipetu s maximálním objemem 2 μl následovně:

- chybovost systematická při nastaveném objemu 1 μl $\pm$ 4 % a nižší; $\pm$ 0,040 μl a nižší
- chybovost náhodná při nastaveném objemu 1 μl $\pm$ 3,5 % a nižší; $\pm$ 0,035 μl a nižší

Dotaz č. 2:

Vážený,

tímto Vás žádám o vysvětlení zadávací dokumentace k VZ s názvem "Dodávka pipet pro VP2 (BFY).

Naše dotazy zní následovně:

Položka 1, bod b) Pro pipety pro objemy od minima v rozmezí 0,1 – 0,2 μl a maxima v rozmezí 2,0 – 3,0 μl je vyžadována chybovost systematická při nastaveném objemu 2,5 μl $\pm$ 1,4 % a nižší; $\pm$ 0,035 μl a nižší. Byla by akceptovatelná hodnota 2,5%?

Děkuji za vyřízení naší žádosti.

Odpověď č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že nebude akceptovat hodnotu 2,5% pro Položku č.1, bod b) Pro pipety pro objemy od minima v rozmezí 0,1 – 0,2 μl a maxima v rozmezí 2,0 – 3,0 μl , chybovost systematická při nastaveném objemu 2,5 μl .

Dotaz č. 3:

Vážený,

tímto Vás žádám o vysvětlení zadávací dokumentace k VZ s názvem "Dodávka pipet pro VP2 (BFY).

Naše dotazy zní následovně:

Položka 7. Pro pipety o objemu 500–5000 μl je požadováno nastavení objemu minimálního kroku maximálně po 5 μl . Byla by akceptovatelná hodnota 10 μl ?

Děkuji za vyřízení naší žádosti.

Odpověď č. 3:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že nebude akceptovat hodnotu minimálního kroku maximálně 10 μl pro Položku č.7 Pro pipety o objemu 500–5000 μl .

V návaznosti na provedené úpravy zadavatel jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá mj. upravené znění Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to **do 04.12.2025 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor Ostravské univerzity